

EMPLACEMENT DES DIFFERENTS MILIEUX DE
TRANSPORT OU AUTRES

MILIEU DE TRANSPORT VIRAL (HERPES, VZV, CMV, VRS°) : 4°C

SECTEUR VIROLOGIE : LABO 11 (LA46 50 NY15)

REFRIGERATEUR (petits cryovials avec liquide orangé/rose)

MILIEU POUR PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS: T°C AMBIANTE

RESERVE REACTIFS : LABO 16 (LA12 50 LX35)

Sur étagère du milieu à droite en rentrant dans la réserve.

Boîte « specimen collection kit)

MILIEU DE TRANSPORT et de CONSERVATION POUR CULTURE OU PCR VIRUS
(CHLAMYDIAE *PNEUMONIAE* et/ou MYCOPLASME PNEUMONIAE et/ou
COQUELUCHE) :

T°C AMBIANTE

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

armoire

MILIEU POUR PAPILLOMAVIRUS: T°C AMBIANTE

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

armoire

TUBES ACD-**A** et ACD-**B** 4°C

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

Réfrigérateur

TUBES APROTININE 4°C

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

Réfrigérateur

TUBES ACIDE PERCHLORIQUE(HCL O4) 4°C

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

Réfrigérateur

FLACONS A CARYOTYPE 4°C

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

Réfrigérateur

ECOUVILLONS ET COFFRETS POUR TEST RAPIDE DE GRIPPE

RESERVE REACTIFS : (LA12 50 LX33) face au secteur sérologie

Sur étagère du milieu à droite en rentrant dans la réserve.

TUBES HEPARINES POUR ANTIGENEMIE CMV

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

armoire

TUBES DOSAGE QUANTIFERON

SECTEUR CENTRIFUGATION : LABO 02 (LA26 50 AC 13)

armoire